# FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO - MOBILIARIO CLÍNICO

| | |
|---|---|
| | **COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO** |
| **Ficha Técnica:** | **DES-05 Rev-03** |
| **Código:** | **DES-05** |
| **Revisión:** | **Rev-03** |
| **Mes-Año:** | **Diciembre - 2020** |
| **Vigencia:** | **Desde: 01-01-2021** |
| | **Hasta: 31-12-2022** |
| **Tipo:** | **Equipo médico** |

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | **DESFIBRILADOR BIFASICO** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|---|---|---|
| **Características generales** | | |
| **Funcionamiento** | 1.01 | Desfibrilador Automático Externo (AED o DEA) |
| **Pantalla** | 1.02 | LED o TFT o LCD |
| **Instrucciones** | 1.03 | De voz y/o texto |
| **Tiempo de carga** | 1.04 | ≤ 13 segundos |
| **Tipo de onda** | 1.05 | Bifásica |
| **ECG** | 1.06 | Adquisición de ECG a través de electrodos de descarga |
| **Autotest** | 1.07 | Requerido |
| **Rango de energía** | 1.08 | Para uso en adultos: ≥150 J |
| **Desfibrilación pediátrica** | 1.09 | Requerido |
| **Duración de batería** | 1.10 | ≥ 150 descargas |
| **Memoria** | 1.11 | Requerido |
| **Accesorios y Consumibles** | | |
| **Accesorios** | 2.01 | Estuche para resguardar y transportar el equipo |
| **Consumibles** | 2.02 | Un (1) Cable de poder |
| | 2.03 | Baterías: Cantidad necesaria para el equipo |
| | 2.04 | Un (3) juegos de electrodos para adulto, dos (2) juegos de electródos para uso pediátrico |
| **OTRAS ESPECIFICACIONES:** | | |
| **Energía/alimentación** | 3.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz y/o baterías recargables de alto rendimiento de acuerdo al equipo |
| **Certificación** | 3.02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. |
| **Garantía técnica** | 3.03 | Durante el tiempo de vida útil del equipo.<br>En los dos primeros años de vida útil, los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y/o correctivo) que requiera el equipo deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante durante este período. |
| **Garantía de repuestos. piezas y accesorios** | 3.04 | Durante la vida útil el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo. |

| | | |
|---|---|---|
| **Mantenimiento** | 3.05 | Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento el ajuste y revisión de los parámetros de funcionamiento; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.<br>Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante. |
| | 3.06 | Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años). |
| **Requerimientos adicionales** | 3.07 | Al momento de la entrega-recepción del equipo médico, se debe entregar el respectivo catálogo/datasheet y manual de usuario, emitidos por el fabricante. (En formato físico y digital: CD y/o DVD). |