

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ANA-07 Rev-01

Código: ANA-07

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Abril - 2023

Vigencia: Desde: 17-04-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: ANALIZADOR DE LABORATORIO - QUIMICA CLINICA- SEMIAUTOMATICO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Pantalla de visualización	1.01	LCD o LED
Número de pruebas programables	1.02	≥ 54
Menú de Pruebas	1.03	Mínimo: suero, plasma y orina
Método de análisis	1.04	Mínimo: punto final, tiempo fijo y cinético
Fuente de Luz	1.05	Lámpara halógena o superior
Rango de longitud de Onda	1.06	Dentro del Rango: 340 nm hasta 700 nm
Módulo de control de muestra	1.07	Requerido
Capacidad de Almacenamiento	1.08	≥ 2000 resultados
Impresora	1.09	Interna o externa

Volumen de muestra

Volumen de muestra	2.01	≥ 25µL
--------------------	------	--------

Accesorios y Consumibles

Accesorios	3.01	Papel para impresora, de acuerdo al equipo.
	3.02	Un Kit de mantenimiento de acuerdo al equipo.
	3.03	Debe incluir UPS.
Consumibles	4.01	Kit de reactivos: de acuerdo a la necesidad del Establecimiento de Salud

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	5,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	5,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	...	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento		Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
		Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil		7 años