

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	BAÑ-17 Rev-01
Código:	BAÑ-17
Revisión:	Rev-01
Mes-Año:	Agosto - 2023
Vigencia:	Desde:31-08-2023
	Hasta:31-12-2024
Tipo:	Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: **BAÑO DE PARAFINA PARA LABORATORIO**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Contenedor	1.01	Para fusión y conservación de parafina
Capacidad	1.02	De ≥4litros
Interior del contenedor	1.03	Color negro
Temperatura de trabajo	1.04	De ≤40°C a ≥80°
Regulación de temperatura	1.05	Mediante perilla y/o botonera o similar
Termómetro	1.06	Incluido en el equipo o con adaptador para termómetro externo

Accesorios

Termómetro externo	2.01	Dos (2) compatibles con el equipo en caso de no contar con un interno
---------------------------	------	---

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada "12" meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	"10" años