

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

<b>Ficha Técnica:</b>	<b>CEN-07 Rev-01</b>
<b>Código:</b>	<b>CEN-07</b>
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-01</b>
<b>Mes-Año:</b>	<b>Agosto- 2023</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 18-08-2023</b>
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Equipo Sanitario de Apoyo</b>

#### DATOS GENERALES

<b>Nombre:</b>	<b>CENTRÍFUGA REFRIGERADA</b>
----------------	-------------------------------

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Tipo</b>	1.01	De suelo
<b>Capacidad de tubos</b>	1.02	≤ 1000 ml
<b>Sistema de control</b>	1.03	mínimo: tiempo y velocidad
<b>Velocidad Máxima</b>	1.04	≤ 30000 rpm
<b>Temporizador</b>	1.06	Requerido
<b>Intervalo de temperatura</b>	1.07	-10 °C a +55 °C
<b>Refrigerante</b>	1.08	Libre de CFC
<b>Pantalla para visualización de parámetros</b>	2.01	Digital o LED o LCD o TFT
<b>Bloqueo de tapa</b>	3.01	Requerido

#### Accesorios y Consumibles

<b>Accesorios</b>	4.01	1 (Un) Rotor oscilante propio de la centrífuga 1 (Un) Rotor angular propio de la centrífuga Cubetas necesarias para la operatividad en toda su capacidad de los rotores, según sea el caso.
-------------------	------	---

#### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	5.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	5.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	5.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Garantía de repuestos, piezas y accesorios</b>	5.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
<b>Mantenimiento</b>	5.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
<b>Vida útil</b>	5.06	10 años