

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: CEN-10 Rev-03

Código: CEN-10

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Abril - 2023

Vigencia: Desde: 17-04-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: **CENTRIFUGA - SOBREMESA - ALTA VELOCIDAD - NO REFRIGERADA - >= 24 TUBOS
CAPILARES**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Control

Capacidad de tubos	1.01	≥ 24 capilares
Sistema de control	1.02	Programable tiempo y velocidad
Velocidad Máxima (Fuerza Centrífuga Relativa)	1.03	≤ 14000 rpm
RCF Máxima	1.04	≤ 19.000
Temporizador	1.05	≥ 0 a ≤ 99 minutos

Vizualización

Pantalla para visualización de parámetros	2.01	Digital o LED o LCD
---	------	---------------------

Material

Estructura de cámara	3.01	Acero Inoxidable o metal con Pintura electrostática o similar
----------------------	------	---

Seguridad

Bloqueo de tapa	4.01	Requerido
-----------------	------	-----------

Accesorios y Consumibles

Rotor oscilante	5.01	Requerido
Rotor angular	5.02	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	6.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	6.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	6,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento		<p>Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.</p> <p>Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.</p>
Vida útil		7 años