

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

Ficha Técnica: CRI-03 Rev-01

Código: CRI-03

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Julio - 2023

Vigencia: Desde: 12-07-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

### DATOS GENERALES

Nombre: **TEÑIDOR AUTOMÁTICO DE CORTES HISTOLÓGICOS CONGELADOS**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Función	1,01	Tinción de cortes histológicos congelados
Pantalla de visualización de parámetros	1,02	LCD, LED o superior
Teclado y/o botones para ajuste de parámetros	1,03	Requerido, físico o digital
Cantidad de estaciones y/o depósitos de reactivos	1,04	≥ 9
Cantidad de estaciones y/o depósitos de lavado	1,05	≥ 1
Capacidad de transportadores y/o soporte y/o cestas de portaobjetos	1,06	≥ 4 portaobjetos

### Accesorios y Consumibles

<b>Accesorios</b>	2,01	Un (1) kit extra de filtros de carbón activado o similar, de acuerdo al modelo del equipo y en caso de que el equipo lo requiera
	2,02	Un (1) juego de diez (10) depósitos de reactivos (adicionales a los que vienen con el equipo)
	2,03	Un (1) juego de transportadores de portaobjetos (adicionales a los que vienen con el equipo)
	2,04	Un (1) Tubo o manguera de alimentación de agua corriente, uno (1) de drenaje y accesorios de conexión requeridos por el equipo
	2,05	Un (1) UPS de acuerdo a capacidad del equipo. Respaldo de energía de alimentación mayor o igual a 15 minutos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

<b>Mantenimiento</b>	3,05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
<b>Vida útil</b>	3,06	10 años