


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	DES-04 Rev-03	
Código:	DES-04	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Diciembre - 2022	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	DESCONGELADOR DE PLASMA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Estructura interna	1.01	Fabricada en acero inoxidable ó polipropileno.
Control	1.02	Por microprocesador
Tiempo	1.03	Programable de descongelamiento.
Temperatura	1.04	Regulable: $\leq 25^{\circ}\text{C}$ a $\leq 32^{\circ}\text{C}$
Pantalla	1.05	Display digital, o pantalla LCD o LED con visualización de parámetros mínimos.
Capacidad	1.06	≥ 8 bolsas de plasma.
Alarmas	1.07	Audibles y visuales mínimo para control de temperatura por fuera del rango configurado
Compartimientos	1.08	Carga de bolsas en compartimientos o cestas separados.
Seguridad	1.09	Sistema de seguridad anti-desborde y/o drenaje de agua o similar.
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Sistema de rack o similar para ubicación de las bolsas con plasma congelado.
	2.02	Incluir regulador de voltaje para el equipo.
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 220V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica		Dos años a partir de la recepción del bien.
	3.03	Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos. piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años