

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	EST-18 Rev-03	
Código:	EST-18	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Diciembre - 2022	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	INCUBADORA DE LABORATORIO - 50 LITROS (ESTUFA)
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Estructura interna	1.01	Capacidad de cámara interna: Dentro de rango de 50 litros a 100 litros
	1.02	En acero inoxidable.
Puerta	1.03	Abatible metálica con aislamiento térmico.
Control	1.04	Precalentamiento de la cámara controlado electrónicamente
	1.05	Display digital para control de mínimo temperatura y tiempo de funcionamiento.
Rango de temperatura de trabajo	1.06	$\leq 5^{\circ}\text{C} \geq 75^{\circ}\text{C}$
Tiempo de funcionamiento	1.07	Temporizador de 1 min a 99 horas.
Conexión	1.08	RS232 o ethernet u otro puerto de comunicación similar.
Alarmas	1.09	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Mínimo dos (2) bandejas de acero inoxidable.
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 220V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años