

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	API-01 Rev-01	
Código:	API-01	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Marzo - 2023	
Vigencia:	Desde: 10-03-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	LOCALIZADOR DE ÁPICE - ENDODONCIA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Localizador de ápice	1.01	Con pantalla de visualización de parámetros
	1.02	Visualización de aproximación al ápice
	1.03	Alarma audible al localizar el ápice
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	1 Cable de Medición
	2.02	2 Clips labiales (contraelectrodo)
	2.03	2 Clips de lima
	2.04	2 Sondas Táctiles (portalimas larga)
	2.05	1 verificador para la comprobación funcional
	2.06	1 Cargador de baterías de acuerdo al equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.