

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>CAV-01 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>CAV-01</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>DICIEMBRE - 2022</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Equipo Menor</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>CAVITRON</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
<b>Panel</b>	1.01	Con botones y/o perillas de selección
<b>Modo de Operación</b>	1.02	Con depósito de agua o con sistema convencional de agua
<b>Frecuencia</b>	1.03	≥ 27000 Hz
<b>Potencia</b>	1.04	Ajustable o regulable
<b>Pieza de Mano</b>	1.05	Desmontable y esterilizable
	1.06	Accionamiento: Por medio de pedal alámbrico o inalámbrico
<b>Accesorios</b>		
<b>Accesorios</b>	2.01	Una (1) Pieza de mano desmontable
	2.02	Juego de cuatro (4) puntas para Periodoncia diferentes de acuerdo a necesidad insitucional
	2.03	Juego de cuatro puntas para Escarificación diferentes de acuerdo a necesidad insitucional
	2.04	Una (1) Botella reservorio de agua, en caso de que el equipo lo requiera
	2.05	Una (1) Bandeja auxiliar
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica, los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y/o correctivo) que requiera el equipo deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante durante este período, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios.