

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: LAM-04 Rev-02

Código: LAM-04

Revisión: Rev-02

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Menor

DATOS GENERALES

Nombre: LAMPARA DE POLIMERIZACION O FOTOCURADO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Tipo de lámpara	1.01	LED
Intensidad lumínica	1.02	≥ 1200 mw/cm ²
Guía de Luz	1.03	Esterilizable mediante autoclave
Tiempo de polimerización	1.04	Seleccionable (programable)
Seguridad	1.05	Con protector ambar de haz de luz para el usuario
Fuente de alimentación	1.06	Con batería recargable, que permita mínimo la conducción de 300 disparos (polimerizaciones) con carga

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.01	Un (1) juego de baterías recargables
	2.02	Una (1) Gafas de protección para luz ultravioleta
	2.03	Una (1) Base de apoyo de la lámpara
	2.04	Un (1) cargador de baterías (puede incluir dentro de la base de apoyo)

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios