

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	MOT-01 Rev-01	
Código:	MOT-01	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Marzo - 2023	
Vigencia:	Desde: 22-03-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	MOTOR ENDODONTICO - ROTATORIO - ENDODONCIA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Unidad de control	1.01	Permite rotación continua y movimiento recíprocante o rotativo alternativo
	1.02	Mecanismo de parada automática
	1.03	Control de ajuste de torque
	1.04	Con pantalla de visualización de parámetros
	1.05	Control de ajuste de velocidad
	1.06	Librería de limas con programas preconfigurados
Motor - Pieza de mano	1.07	Original de la marca y compatible con unidad de control
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	1 (Una) pieza de mano del motor con cable y conector
	2.02	1 (Un) conector contra ángulo (de acuerdo a equipo)
	2.03	1 (Un) soporte de pieza de mano
	2.04	1 (Una) Batería recargable
	2.06	1 (Un) Cargador de baterías de acuerdo al equipo
	2.07	1 (Una) boquilla de pulverización para el contra ángulo
Consumibles	3.01	3 (tres) sets de limas de giro alterno compatibles con el equipo
	3.02	3 (tres) sets de limas de rotación continua compatibles con el equipo
	3.03	1 (Un) lubricador específico para el contra ángulo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.