

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: REF-15 Rev-03

Código: REF-15

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: REFRIGERADOR - LABORATORIO - \geq 260 LITROS - T: 2 A 8 °C

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características Generales

Generalidades	1.01	Controlado por microprocesador
	1.02	Con una puerta de cristal o material similar, con compartimientos o estantes ajustables
	1.03	Sistema No frost o Auto Defrost
	1.04	Pantalla LED / LCD o Display para visualización de parámetros
	1.05	Alarmas visuales y/o acústicas de fallo y de temperaturas fuera de rango, puerta abierta.
	1.06	Traba para la puerta con llave
Temperatura de operación	1.07	Temperatura programable en el rango de 2°C a 8°C
Capacidad	1.08	\geq 260 litros
Material	1.09	Material externo en acero laminado o acero galvanizado o similar
Gas refrigerante	1.10	Libre de CFC y/o HCFC

Accesorios y Consumibles

Accesorio	2.01	Un (1) regulador/estabilizador de voltaje
------------------	------	---

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años