

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** REF-16 Rev-04

**Código:** REF-16

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Diciembre - 2022

**Vigencia:** Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

**Tipo:** Equipo Sanitario de Apoyo

### DATOS GENERALES

**Nombre:** REFRIGERADOR - LABORATORIO -  $\geq$  500 LITROS - T: 1 A 10°C

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

#### Características Generales

Cámara interna	1.01	De acero inoxidable
	1.02	Capacidad $\geq$ 500L.
Temperatura de trabajo	1.03	Dentro del rango de 0°C a $\leq$ +10°C
	1.04	Controlador de temperatura
Puerta	1.05	De cristal térmico, con tirador.
	1.06	Con cerradura de seguridad con y/o junta magnética.
Alarmas	1.07	Acústica y visual mínima de: temperatura, puerta abierta
Registro	1.08	Incluya Batería de respaldo para registro.
Gas refrigerante	1.09	Gas Refrigerante libre de CFC y/o HCFC

#### Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.02	Mínimo 4 estantes, en varilla de acero plastificado.
	2.01	Un (1) regulador/estabilizador de voltaje

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz7 o 220 60Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años