

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: AUD-01 Rev-03

Código: AUD-01

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: AUDIOMETRO - DOS CANALES - CABINA INCLUIDA

ATRIBUTO

ITEM

VALOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Canales	1.01	Dos (2)
Visualización de parámetros	2.01	Pantalla incorporada
Rango de Frecuencia del equipo	3.01	≤125 Hz a ≥ 8000 Hz
Alta Frecuencia (Opcional)	4.01	8000Hz a 20.000Hz (En caso de que el Establecimiento de Salud lo requiera)
Diagnóstico	5.01	Intensidad vía aérea (AC) o Conducción Aérea
	5.02	Intensidad vía ósea (BC) o Conducción ósea
	5.03	Campo Libre
Funciones mínimas	6.01	SISI
	6.02	STENGER
	6.03	Prueba de Habla (Speech Test)
	6.04	AUTO HL (Hughson-Westlake) o Prueba de Tono Puro
	6.05	ABLB
	6.06	Bekesy
	6.07	Audiometría vocal o logoaudiometría
Interfaz de comunicación	7.01	USB y/o RS-232 y/o BLUETOOTH y/o LAN Ethernet Compatible con PC
	7.02	Transferencia de datos a PC
Enmascaramiento	8.01	Requerido
Software	9.01	Análisis de pruebas audiométricas.
Medio de Comunicación con el paciente	9.02	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Cabina audiométrica	10.01	Una (1)
	10.02	Armable y portable
	10.03	Atenuación global de ruido
	10.04	Mesa de soporte para equipos
	10.05	Puerta y ventana insonorizada, luz interna
Logometría	10.06	CD o Tarjeta SD con el material para logoaudiometría
Transductores de vía ósea	10.07	Dos (2) pares

Cable para conectividad y transferencia de datos al PC	10.08	Requerido
Auriculares	10.09	Kit de auriculares para operador con micrófono
Micrófono de paciente	10.10	Requerido
Amplificador Campo Libre	10.11	Amplificador de potencia para prueba de campo libre (externo o incorporado)
Impresora térmica	10.12	Requerido
Computador	10.13	Un (1) computador mínimo: core i7, disco duro de 1 T, Memoria mínima RAM de 8GB, incluye: mouse, teclado, monitor, regulador de voltaje, puertos para conexión del equipo
Consumibles	10.14	Dos (2) rollos de papel para impresora
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	11.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	11.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	11.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	11.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	11.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
	11.06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil	11.07	10 años