

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: EPE-01 Rev-01

Código: EPE-01

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Diciembre 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: ESTIMULADOR - ACUSTICO - AUDITIVO (POTENCIALES EVOCADOS)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Canales	1,01	Dos (2) canales
Pruebas	2,01	ABR: Prueba auditiva de tallo cerebral
	2,02	ECochG: Electrocoqueleografía
	2,03	MRL: Respuesta de latencia media
	2,04	LLR: Respuesta de latencia larga
	2,05	SN10: Potenciales negativos lentos de tronco
	2,06	P300/MMN: Potenciales evocados cognitivos Eabr
	2,07	eABR o VEMP/ c VEMP: Potencial evocados miogénicos vestibulares
	2,08	ASSR: Potenciales de estado estable
	2,09	TEOAE: Otoemisiones acústicas transitorias clínicas
	2,10	DPOAE: Otoemisiones acústicas productos de distorsión clínicas
Estímulo	3,01	Click
	3,02	Tonos de barrido ASSR
	3,03	CE- Chirp
	3,04	CE- Chirp Octave Bands
Preamplificador	4,01	Dos (2) canales
Filtros	5,01	Pasa alto y pasa bajo
Protocolo de pruebas	6,01	Automáticos
	6,02	Creados por parte del audiólogo
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	7,01	Dos (2) Gel para electrodos
	7,02	Un (1) Computador Portátil
	7,02	Software con programas de instalación
	7,02	Un (1) Conductor óseo
	7,02	Un (1) Auriculares de Inserción 10 OHM
	7,02	Un (1) Auricular tipo casco
	7,02	Un (1) Set de cables para electrodos
	7,02	Una (1) Sonda de emisiones otoacústicas
	7,02	Un (1) Cable USB para conexión a computador
	7,02	Un (1) Cable de poder tipo hospitalario
	7,02	Un (1) Cable Digital de entrada y salida

	7,02	Una (1) Impresora
Consumibles	8,01	Dos (2) Olivas para auriculares de inserción
	8,02	Tres (3) Juegos de electrodos de 10 mm
	8,02	Tres (3) Juegos de electrodos de 6 mm
	8,02	Cincuenta (50) Electrodo descartables
	8,02	Diez (10) Electrodo reusables
	OTRAS ESPECIFICACIONES:	
Energía/alimentación	9,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	9,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	9,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	9,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	9,05	Durante la vida útil, cada cuatro meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
	9,06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil	9,07	10 años