

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

<b>Ficha Técnica:</b>	EST-21 Rev-03
<b>Código:</b>	EST-21
<b>Revisión:</b>	Rev-03
<b>Mes-Año:</b>	Diciembre - 2022
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
<b>Tipo:</b>	Equipo Sanitario de Apoyo

### DATOS GENERALES

Nombre: ESTERILIZADOR - CALOR SECO - 20 A 35 LITROS - 1 PUERTA (ESTUFA ESTERILIZADORA)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Cámara		
Tipo de material	1.01	Acero inoxidable
Capacidad	1.02	≥ 20 a ≤ 35 litros
Sistema de Temperatura		
Temperatura regulable	2.01	≤50 °C a ≥250 °C
Termostato o sistema de seguridad de temperatura	2.02	Requerido
Sistema de ventilación		
Suministro de aire	3.01	Regulable
Temporización		
Control de temporización	4.01	Requerido
Rango de temporización	4.02	≥ 90 horas
Visualización de parámetros		
Pantalla de visualización	5.01	Requerido
Parámetros mínimos de visualización	5.02	Temperatura
	5.03	Tiempo de funcionamiento
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	6.01	Dos (2) Bandejas extraíbles de acero inoxidable
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	7.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	7.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	7.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	7.04	

<b>Mantenimiento</b>	7.05	<p>Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.</p> <p>Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.</p>
<b>Vida útil</b>	7.06	8 años