

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** BIL-01 Rev-01

**Código:** BIL-01

**Revisión:** Rev-01

**Mes-Año:** Marzo - 2023

**Vigencia:** Desde: 16-03-2023

Hasta: 31-12-2024

**Tipo:** Equipo Médico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** BILIRRUBINOMETRO NEONATAL - TRANSCUTÁNEO - NO INVASIVO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Pantalla para visualización de parámetros	1,01	LCD o LED o TFT o Táctil
Monitorización	1,02	Bilirrubina neonatal
Método de monitorización	1,03	No invasivo, transcutáneo
Unidades de medición	1,04	mg/dl y/o $\mu\text{mol/L}$
Comprobador de precisión o de chequeo de calibración o similar, integrado o externo	1,05	Requerido

### Accesorios y Consumibles

Accesorios	2,01	Baterías recargables (cantidad según las que necesite el equipo)
	2,02	Una (1) base de carga de batería(s)
Consumibles	3,01	Cincuenta (50) cobertores de punta de bilirrubinometro desechables

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	4,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	4,05	Durante la vida útil, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	4,06	10 años