

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** EST-41 Rev-01

**Código:** EST-41

**Revisión:** Rev-01

**Mes-Año:** Julio - 2023

**Vigencia:** Desde: 21-07-2023

Hasta: 31-12-2024

**Tipo:** Equipo Menor

### DATOS GENERALES

**Nombre:** ESTERILIZADOR DE BIBERONES PORTATIL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

#### Características generales

<b>Características del equipo</b>	1.01	Esterilizador electrico a vapor
	1.02	Capacidad: $\geq 6$ biberones
	1.03	Tiempo de Esterilización $\leq 10$ minutos
<b>Aviso de fin de Esterilización</b>	2.01	El esterilizador se apaga automáticamente y/o avisa con alarma sonora

#### Accesorios y Consumibles

<b>Accesorios</b>	3.01	Diez (10) biberones $\leq 130$ ml de acuerdo a la capacidad de esterilización del equipo
	3.02	Un (1) Vaso medidor de Agua

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	4.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios