

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	BAS-01 Rev-04
Código:	BAS-01
Revisión:	Rev-04
Mes-Año:	Enero - 2023
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre:	BASCULA - ELECTRONICA - USO GENERAL - TALLIMETRO INCLUIDO
---------	---

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Capacidad	1.01	≥ 200 Kg
Tipo	1.02	Electrónica y/o Digital
Pantalla / display	1.03	Requerido
Unidades de Medida	1.04	En libras y/o kilogramos
Plataforma	1.05	Dimensiones: largo: ≥ 300 mm; ancho: ≥ 300 mm
Tallímetro	1.06	Requerido, con graduación de ≤ 5mm
Rango de medición del tallímetro	1.07	desde ≤ 76 cm a ≥ 200 cm

Funciones

Retención	2.01	Requerido
TARA	2.02	Requerido
Ajuste a cero	2.03	Requerido
IMC / BMI	2.04	Requerido

Accesorios

Baterías	3.01	En caso de que el equipo funcione con pilas/baterías, se deberá entregar la cantidad que requiera del tipo RECARGABLES.
Cargador de pilas/baterías	3.02	Uno (1), en caso de que el equipo lo requiera
Adaptador/cable para conexión a corriente eléctrica	3.03	Uno (1) en caso de que el equipo lo requiera

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	4.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
	4.05	Durante la vida útil, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.

Mantenimiento	4.06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil	4.07	10 años