

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	DET-01 Rev-03	
Código:	DET-01	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL)
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Pantalla o Display	1.01	Requerido
Detección	1.02	Frecuencia cardíaca fetal
Transductor		
Frecuencia	2.01	≥ 2 Mhz
Resolución	2.02	≤ 2 bpm
Funciones		
Apagado	3.01	Automático (después de tiempo de espera sin señal)
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	4.01	Un (1) Bolso o maletín de transporte
	4.02	Baterías recargables, las requiera el equipo
	4.03	Un (1) cargador de baterías
Consumibles	5.01	Un (1) frasco de gel conductivo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	6.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz y/o baterías recargables
Certificación	6.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	6.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios