


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	ESF-01 Rev-02	
Código:	ESF-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde:01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	TENSÍOMETRO DIGITAL PORTÁTIL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo	1.01	Digital
	1.02	Portátil
Mediciones	1.03	Presión arterial y pulso
Memoria	1.04	≥ 50 mediciones
Pantalla	1.05	Requerida
Rango de medición de PA	1.06	≤ 30 mmHg a ≥ 250 mmHg
Rango de medición de pulso	1.07	≤ 40 a ≥ 180 pulsos por minuto
Precisión de PA	1.08	≤ 3 mmHg
Precisión de pulso	1.09	≤ 5% de la medición
Accesorios		
Brazalete adulto	2.01	Uno (1), reusable
Brazalete pediátrico	2.02	Uno (1), reusable
Baterías	2.03	Las requeridas para el funcionamiento del equipo, del tipo recargables
Adaptador red eléctrica	2.04	Requerido, en caso de que el equipo lo requiera
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	110~127 VAC / 60 Hz para la conexión de carga de las baterías
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios