

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	ESF-02 Rev-02	
Código:	ESF-02	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Enero - 2021	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	TENSIOMETRO RODABLE MANUAL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo	1.01	Tensiómetro de pedestal
Sistema	1.02	Aneroiide
Rodable	1.03	Requerido
Ruedas	1.04	≥ 5
Escala	1.05	0 a ≥300 mm Hg
Tolerancia / Precisión	1.06	± 3mmHg
Accesorios		
Brazalete adulto reusable	2.01	Dos (2), tamaño a elección del establecimiento de salud
Brazalete pediátrico reusable	2.02	Uno (1), opcional según requerimiento del establecimiento de salud
Pera - bulbo	2.03	Uno (1)
Canasta	2.04	Una (1) en el pedestal
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	N/A
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios