


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	ESF-03 Rev-02	
Código:	ESF-03	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	ESFIGMOMANÓMETRO - TENSIÓMETRO RODABLE DIGITAL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo	1.01	Portátil y/o digital y/o electrónico
Uso	1.02	Adulto y pediátrico
Mediciones	1.03	Presión arterial y pulso
Memoria	1.04	≥ 30 mediciones
Pantalla	1.05	Requerido
Rango de medición de presión arterial	1.06	≤ 30 a ≥ 250 mmHg
Rango de medición de pulso	1.07	Requerido
Precisión de presión arterial	1.08	≤ 5mmHg
Precisión de pulso	1.09	≤ 5% de la medición
Método	1.10	Oscilométrico
Accesorios		
Pedestal o coche de transporte del equipo	2.01	Uno (1)
Brazalete adulto reusable	2.02	Dos (2), tamaño a elección del establecimiento de salud.
Brazalete pediátrico	2.03	Dos (2), opcional según requerimiento del establecimiento de salud
Baterías	2.04	En caso de que el equipo funcione con pilas/baterías, se deberá entregar la cantidad que requiera de tipo recargables.
Cargador de baterías	2.05	Uno (1), en caso de que el equipo lo requiera
Adaptador/cable para conexión a corriente eléctrica	2.06	Uno (1) en caso de que el equipo lo requiera
Canasta	2.07	Una (1) en el pedestal o coche de transporte
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	110~127 VAC / 60 Hz para la conexión de carga de las baterías
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios