

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	FON-01 Rev-02
Código:	FON-01
Revisión:	Rev-02
Mes-Año:	Enero - 2023
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Equipo Menor

DATOS GENERALES

Nombre:	FONENDOSCOPIO
----------------	----------------------

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Uso	1.01	Adulto y pediátrico
Olivas	1.02	Blandas o superior
Tubos auditivos	1.03	Acero inoxidable o aleación de aluminio o similar
Tubo flexible	1.04	En forma de Y

Membrana

Diámetro	2.01	Dentro del rango entre 30 mm a 50 mm (para uso en pediatría y en adultos)
Anillo	2.02	Con protección para el frío

Accesorios

Oivas de repuesto	3.01	Dos (2)
Membrana de repuesto	3.02	Una (1)
Estuche o caja para guardar el fonendoscopio	3.03	Uno (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	N/A
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios