

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	FON-02 Rev-01	
Código:	FON-02	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Marzo - 2023	
Vigencia:	Desde: 16-03-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	FONENDOSCOPIO NEONATAL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Uso	1,01	Neonatal
Olivas	1,02	Blandas, suaves
Permita el reemplazo de Olivas (almohadillas de oído)	1,03	Requerido
Tubos auditivos	1,04	De diseño anatómico
Membrana		
Diámetro	2,01	Dentro del rango entre 20 mm a 28 mm
Anillo	2,02	Con protección para el frío
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	3,01	Dos (2) olivas de repuesto
	3,02	Una (1) membrana (diafragma) de repuesto, en caso de que el equipo lo permita.
	3,03	Un (1) estuche para guardar el fonendoscopio
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4,01	N/A
Certificación	4,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	4,03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios