


## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>OXI-03 Rev-02</b>	
<b>Código:</b>	<b>OXI-03</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-02</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Equipo Menor</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>OXIMETRO DE PULSO PORTATIL</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
<b>Pantalla</b>	1.01	LCD o LED o TFT
<b>Paciente</b>	1.02	Adulto, pediátrico y neonatal
<b>Batería</b>	1.03	Tiempo de funcionamiento: $\geq 16$ horas
<b>Medición SPO2</b>	1.04	$\leq 70\%$ a $\geq 99\%$
<b>Precisión / Exactitud de SPO2</b>	1.05	$\leq 3$ dígitos o $\leq 3\%$
<b>Medición de pulso</b>	1.06	$\leq 30$ a $\geq 200$ [ppm o bpm]
<b>Accesorios</b>		
<b>Accesorios</b>	2.01	Dos (2) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, tamaño neonatal (Opcional de acuerdo a la necesidad Institucional)
	2.02	Dos (2) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, tamaño pediátrico (Opcional de acuerdo a la necesidad Institucional)
	2.03	Dos (2) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, tamaño adulto (Opcional de acuerdo a la necesidad Institucional)
	2.04	Un (1) cargador de batería o pilas
	2.05	Deberá entregar cantidad de baterías o pilas que necesite el equipo del tipo recargables
	2.06	Estuche
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3.01	Baterías o pilas
<b>Certificación</b>	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios