

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---|--------------------------|---|
|  | | COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO |
| Ficha Técnica: | OXI-04 Rev-02 | |
| Código: | OXI-04 | |
| Revisión: | Rev-02 | |
| Mes-Año: | Enero - 2023 | |
| Vigencia: | Desde: 01-01-2023 | |
| | Hasta: 31-12-2024 | |
| Tipo: | Equipo Menor | |
| DATOS GENERALES | | |
| | Nombre: | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO |
| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: | | |
| Características generales | | |
| Pantalla | 1.01 | Display, LCD o LED |
| Paciente | 1.02 | Adulto y pediátrico |
| Tiempo de batería | 1.03 | ≥ 20 horas de uso continuo |
| Indicadores visuales | 1.04 | Para estado de la batería |
| Funciones | | |
| Apagado automático | 2.01 | Requerido |
| Medición SPO2 | 2.02 | ≤ 70% a ≥99% |
| Precisión / Exactitud de SPO2 | 2.03 | ≤ 3% |
| Medición de pulso | 2.04 | ≤ 30 ppm a ≥200 ppm |
| Precisión / Exactitud de pulso hasta 99 o 100 ppm | 2.05 | ≤ 2 [ppm o bpm] |
| Accesorios | | |
| Baterías | 3.01 | Las que necesite el equipo |
| Estuche o colgador de cuello | 3.02 | Uno (1) |
| OTRAS ESPECIFICACIONES: | | |
| Energía/alimentación | 4.01 | Baterías |
| Certificación | 4.02 | Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 |
| Garantía técnica de fábrica | 4.03 | Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios |