

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	TER-01 Rev-02	
Código:	TER-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Pantalla	1.01	Display, digital, LCD, TFT o LED
Unidad de medida	1.02	°C
Precisión	1.03	≤ 0.3 °C
Medición de temperatura	1.04	Infrarroja
	1.05	Para medición de temperatura corporal
Rango de medición de temperatura corporal	1.06	≤34 °C a ≥ 40 °C
Distancia de medición	1.07	≥ 3.5 cm
Alarma de temperatura alta	1.08	Audible y/o visual
Memoria	1.09	≥ 20 mediciones
Accesorios		
Baterías	2.01	Las que necesite el equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Baterías
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios