


## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	TER-02 Rev-02	
<b>Código:</b>	TER-02	
<b>Revisión:</b>	Rev-02	
<b>Mes-Año:</b>	Enero - 2023	
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
<b>Tipo:</b>	Equipo Menor	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
<b>Funcionamiento</b>	1.01	Para medición de temperatura en el canal auditivo/ oído.
<b>Pantalla</b>	1.02	Display, LCD, TFT o LED.
<b>Indicador de batería baja</b>	1.03	Requerido.
<b>Unidades de medida</b>	1.04	°C
<b>Precisión</b>	1.05	≤ 0.3 °C
<b>Medición de temperatura</b>	1.06	Infrarroja.
<b>Rango de medición de temperatura corporal</b>	1.07	≤34°C a ≥ 40°C
<b>Tiempo de respuesta medición</b>	1.08	≤ 3 segundos
<b>Memoria</b>	1.09	Requerido
<b>Apagado automático</b>	1.10	Requerido
<b>Accesorios y Consumibles</b>		
<b>Accesorios</b>	2.01	Batería(s)/pila(s), las que necesite el equipo.
<b>Consumibles</b>	2.02	2 (Dos) cajas de cubiertas protectoras desechables.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3.01	Batería/s
<b>Certificación</b>	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios