

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ANA-18 Rev-01

Código: ANA-18

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Mayo - 2023

Vigencia: Desde: 30-05-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL - BIOIMPEDANCIA - NUTRICIÓN

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Pantalla y/o Monitor y/o visor, integrado y/o externo	1,01	Para visualización de parámetros
Registro de datos de paciente	1,02	Mínimo peso y estatura
Frecuencias de medición	1,03	≥ 2
Segmentos de medición	1,04	≥ 5 segmentos
Báscula integrada al equipo	1,05	Requerido
Electrodos de mano y de pie	1,06	Integrados al equipo

Mediciones mínimas

Índice de masa corporal (IMC)	2,01	Requerido
Masa grasa corporal	2,02	Requerido
Masa muscular esquelética	2,03	Requerido
Masa magra	2,04	Requerido
Impedancia bioeléctrica	2,05	Requerido

Accesorios y Consumibles

Accesorios	3,01	Un (1) tallímetro externo o integrado al equipo
------------	------	---

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	4,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento	4,05	Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	4,06	10 años