

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: PHM-01-REV-01

Código: PHM-01

Revisión: REV-01

Mes-Año: Agosto - 2023

Vigencia: Desde: 18-08-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: EQUIPO DE PHMETRÍA GASTRO-ESOFÁGICA

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipos de procedimiento	1.01	Registro de impedancia Registro de PH
Pruebas de impedancia	1.02	Requerido
Pruebas de Ph	1.03	Requerido
Software de análisis de datos del equipo	1.04	Requerido
Extracción de datos mediante USB, SD o similar	1.05	Requerido

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.01	Un (1) CPU con características compatibles con el equipo entregado
	2.02	Un (1) Monitor \geq a 15 pulgadas, resolución HD o superior
	2.03	Un teclado y un mouse
	2.04	Diez (10) Catéteres flexibles para pH-impedanciometría
	2.05	Un (1) Cable para transferencia de datos, en caso que el equipo lo requiera.
	2.06	Un (1) Estuche de transporte
	2.07	Un (1) Cargador de baterías, de acuerdo a la necesidad del equipo
Consumibles	2.08	Baterías recargables, cantidad de acuerdo a la necesidad del equipo

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 220V, 60 Hz y/o mediante baterías/pilas recargables.
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.

Vida útil	3.06	7 años
-----------	------	--------