

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** BAC-01 Rev-01

**Código:** BAC-01

**Revisión:** Rev-01

**Mes-Año:** Junio - 2023

**Vigencia:** Desde: 16-06-2023

Hasta: 31-12-2024

**Tipo:** Equipo Sanitario de Apoyo

### DATOS GENERALES

**Nombre:** BAÑO DE CONTRASTE - EXTREMIDADES INFERIORES

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Estructura</b>	1,01	Acero inoxidable 304 o superior
	1,02	Dos (2) pozos o cubetas o bachas o depósitos o cubas
	1,03	Llave o válvula o grifo independiente para cada pozo
	1,04	Rebosadero requerido
	1,05	Vaciado o desagüe requerido
	1,06	Con 1 o 2 termómetros para medición de temperatura, integrado(s) al equipo
<b>Acabados</b>	2,01	Bordes sin aristas vivas
	2,02	Sin rebabas de soldadura

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	3,01	N/A
<b>Certificación</b>	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3,03	Dos (2) años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Vida útil</b>	3,04	10 años