

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	BAC-02 Rev-01	
Código:	BAC-02	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Junio - 2023	
Vigencia:	Desde: 16-06-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	BAÑO DE CONTRASTE - EXTREMIDADES SUPERIORES
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	Acero inoxidable 304 o superior
	1,02	Dos (2) pozos o cubetas o bachas o depósitos o cubas
	1,03	Llave o válvula o grifo independiente para cada pozo
	1,04	Rebosadero requerido
	1,05	Vaciado o desagüe requerido
	1,06	Con 1 o 2 termómetros para medición de temperatura, integrado(s) al equipo
	1,07	Altura del equipo dentro del rango de 70 cm a 90 cm
Acabados	2,01	Bordes sin aristas vivas
	2,02	Sin rebabas de soldadura
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3,01	N/A
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos (2) años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Vida útil	3,04	10 años