

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	ELI-01 Rev-04	
Código:	ELI-01	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Diciembre - 2022	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo	
DATOS GENERALES		
Nombre:	BICICLETA - ESTÁTICA - ELIPTICA	
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Resistencia	1,01	≥ 15 niveles
Plataforma de pedales (Zancada)	1,02	≥ 48cm de longitud
Brazos /Manubrios	1,03	Requerido
Peso usuario	1,04	≥ 250 libras
Ruedas para traslado	1,05	Requerido
Programas de entrenamiento	1,06	Requerido
Visualización		
Pantalla	2,01	Requerido
Parámetros a visualizar	2,02	Velocidad
	2,03	Tiempo
	2,04	Distancia
	2,05	Ritmo cardiaco
	2,06	Calorías
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3,01	No aplica.
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3,05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3,06	10 años