


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	ESC-02 Rev-03	
Código:	ESC-02	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Diciembre - 2022	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	ESCALERA - RAMPA INCLUIDA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	Acero con acabado epoxy o similar
	1,02	Pasamanos regulables en altura
Diseño	1,03	Que pueda armarse en "L" o en línea recta, según requerimiento del establecimiento de salud
Peldaños / Escaleras	1,04	≥ Tres (3)
	1,05	De madera o metálico, cubierto de material antideslizante
	1,06	Huella: 28cm ± 4cm
	1,07	Contrahuella o alto de escalón: 15cm ± 2cm
	1,08	Ancho de peldaños: ≥ 55 cm
Descanso	1,09	Uno (1)
	1,1	De madera o metálico, cubierto de material antideslizante
Rampa	1,11	De madera o metálica cubierta con material antideslizante
	1,12	Largo: ≥ 135cm
	1,13	Ancho: ≥ 60 cm
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	2,04	N.A.
Vida útil	2,05	10 Años