

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>MES-20 Rev-04</b>	
<b>Código:</b>	<b>MES-20</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-04</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Diciembre - 2022</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>MESA - KANAHEL (MESA PARA MANOS Y TENDONES)</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Madera maciza
<b>Complementos de estructura</b>	1,02	Madera maciza y acero con pintura electrostática
<b>Tablero canadiense</b>	1,03	Requerido
<b>Extensores y flexores</b>	1,04	Flexo-extensor de muñeca
	1,05	Pedal flexo-extensión
	1,06	Doble juego de tornillos con regulación de tensión
	1,07	Pronosupinador
<b>Apoyabrazo</b>	1,08	Regulable
<b>Regulación de ejercicios</b>	1,09	Requerido
<b>Accesorios</b>		
<b>Muelles de esfuerzo</b>	2,01	Requerido
<b>Tensores de tendones</b>	2,02	Requerido
<b>Pelotas de diferentes medidas y resistencia</b>	2,03	Requerido
<b>Juego de palillos cónicos</b>	2,04	Uno (01)
<b>Rueda con lastre</b>	2,05	Uno (01)
<b>Manija ergonómica</b>	2,06	Requerido
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3,01	N.A.
<b>Certificación</b>	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Mantenimiento</b>	3,04	N.A.
<b>Vida útil</b>	3,05	10 Años