

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	PAR-02 Rev-04
Código:	PAR-02
Revisión:	Rev-04
Mes-Año:	Diciembre - 2022
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: **PARALELAS - 2 METROS**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Acero con pintura electrostática o similar
Base	1,02	Cubierta con material antideslizante
Acceso en rampa	1,03	Requerido
Longitud	1,04	≥ Dos (2) metros
Pasamanos regulables en altura	1,05	De ≤75 cm a ≥90 cm

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	N.A.
Mantenimiento	2,04	N.A.
Vida útil	2,05	10 Años