

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: PAS-01 Rev-01

Código: PAS-01

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Agosto - 2023

Vigencia: Desde: 31-08-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: APARATO AUTOPASIVO DE PARED

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Aplicación	1.01	Para la movilización asimétrica en el movimiento de hombro
Estructura	1.02	En acero para anclar a la pared
Anillos de enganche	1.03	Mínimo cuatro en la barra
Acabado de la estructura	1.04	Pintura epoxi o similar
Poleas	1.05	Dos poleas desmontables mediante mosquetón (de acuerdo al diámetro de la cuerda)
Cuerda	1.06	Reforzada, de nylon o material similar
Empuñaduras	1.07	Dos empuñaduras de polímero o material similar
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2.01	No aplica
Certificación	2.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	2.04	No aplica
Vida útil	2.05	"10" Año(s)