

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: SIE-01 Rev-02

Código: SIE-01

Revisión: Rev-02

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Menor

DATOS GENERALES

Nombre: SIERRA CORTA YESO

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

| | | |
|------------------------|------|---|
| Aplicación | 1.01 | Para cortar yeso y/o termoplásticos u otro material similar |
| Sistema de velocidades | 1.02 | 2 Dos (2) velocidades |
| Oscilaciones | 1.03 | ≥ 11000 oscilaciones por minuto |

Accesorios y Consumibles

| | | |
|-----------------|------|---|
| Hojas de sierra | 2.01 | 3 (tres), de acuerdo a necesidad del Establecimiento de Salud |
| Llaves | 2.02 | Un (1) juego de llaves para cambio de hojas de sierra |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Energía/alimentación | 3.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz |
| Certificación | 3.02 | Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 |
| Garantía técnica de fábrica | 3.03 | Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios |