

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>SIL-05 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>SIL-05</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Diciembre - 2022</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>SILLA - EJERCITAMIENTO DE CUADRICEPS</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Acero con pintura electrostática, epoxy o similar
<b>Brazos o manijas</b>	1,02	Dos (2)
<b>Respaldo ajustable</b>	1,03	Requerido
<b>Tapizado y acojinado</b>	1,04	Asiento, respaldo y cilindros , en material lavable
<b>Soporte de pesas a ambos lados</b>	1,05	Requerido
<b>Accesorios y Consumibles</b>		
<b>Pesas recubiertas con goma</b>	2,01	Ocho (8), diferentes pesos a elección del Establecimiento de Salud
<b>Cintas / correas de fijación</b>	2,02	Dos (02) 120 cm x 5cm
	2,03	Dos (02) 240 cm x 8cm
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3,01	N.A.
<b>Certificación</b>	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Mantenimiento</b>	3,04	N.A.
<b>Vida útil</b>	3,05	10 Años