

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	TAB-01 Rev-03
Código:	TAB-01
Revisión:	Rev-03
Mes-Año:	Diciembre - 2022
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: **TABLA DE BOHLER**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Madera maciza
Base	1,02	Cubierta con material antideslizante
Forma	1,03	Circular o rectangular
Dimensiones	1,04	Ancho: ≥ 40 cm (rectangular) ó Diámetro: ≥ 40 cm (circular)
	1,05	Largo: ≥ 35 cm (rectangular) No aplica para circular
	1,06	Alto: ≥ 10 cm a ≤ 15 cm

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	N.A.
Mantenimiento	2,04	N.A.
Vida útil	2,05	10 Años