

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	INY-01 Rev-02	
Código:	INY-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo médico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo	1.01	Inyector de medios de contraste de doble cabezal o doble disparo
Características específicas		
Consola o interfaz a distancia para programación de cabezal	2.01	Requerido
Rango de flujo programable	2.02	≤ 0,1 ml/s a ≥ 10 ml/s
Volumen programable	2.03	Requerido
Tiempo de Retraso de interface/fase o inyección	2.04	0 s a ≥ 250 s
Rango del Límite de presión	2.05	≤ 75 psi a ≥ 300 psi o su equivalente
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	3.01	Coche/pedestal para transporte de cabezales, propio de fábrica.
	3.02	Cincuenta (50) kits de doble jeringa vacías descartable, compatibles con el inyector. Establecimiento de Salud elegirá los ml de los kits de jeringas.
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4.01	Dentro del rango de 110~240 VAC, 60 Hz.
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	4.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	4.05	Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento el ajuste y revisión de los parámetros de funcionamiento; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
	4.06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años)

Vida útil	4.07	10 años
-----------	------	---------