

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ASP-03 Rev-04

Código: ASP-03

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo médico

#### DATOS GENERALES

Nombre: ASPIRADOR - PORTATIL - (SUCCIONADOR)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

##### Características generales

Partes integradas	1.01	Bomba generadora de vacío (motor)
	1.02	Vacuómetro indicador de vacío
Soporte de frasco de secreción	2.01	Uno (1)
Sistema de Transporte	2.02	Con manija o asa incorporada u otro sistema similar
Caudal de succión	2.03	≥ 30 L/min
Control de vacío	2.04	Con mando regulador y/o perilla
Presión de vacío	2.05	≥500mmHg o su equivalente

##### Accesorios y Consumibles

Frascos (graduados, esterilizables, con tapa esterilizable, flotante y trampa)	3.01	Un (1) de policarbonato o polisulfona o material similar, de capacidad ≥ 800 cc
Filtro antibacteriano	3.02	Cuatro (4)
Tubo de aspiración	3.03	Dos (2).
Cánulas de succión adulto	3.04	10 unidades.
Cánulas de succión pediátrico	3.05	10 unidades

#### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	4.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

<b>Mantenimiento</b>	4.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
<b>Vida útil</b>	4.06	10 años