

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: FRO-02 Rev-04

Código: FRO-02

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Menor

DATOS GENERALES

Nombre: FRONTOLUZ QUIRURGICO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Tipo de luz	1.01	Lámpara craneal con fuente de luz LED externa (batería)
Durabilidad de la lámpara	1.02	≥10.000 horas
Campo de iluminación	1.03	Ajustable
Intensidad lumínica	1.04	≥ 50000 lux o ≥ 50 lúmenes
Temperatura del color	1.05	≥ 4000 K o tonalidad de luz blanca.
Batería	2.01	Batería integrada o acoplada a la cinta craneal.
	2.02	Autonomía de la(s) batería(s) ≥ 1 horas

Accesorios y Consumibles

Cargador	3.01	Uno (1) compatible
Batería	3.02	Una (1) adicional recargable
Estuche	3.03	Uno (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios