

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: LAM-09 Rev-04

Código: LAM-09

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Diciembre- 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: LAMPARA QUIRURGICA - 1 CUPULA - RODABLE

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Cúpulas	1.01	Una (1)
Base	1.02	Rodable mínimo de cuatro ruedas con sistema de freno
Articulaciones	1.03	≥ 2 (dos)
Mango o asa	1.04	Para la cúpula

Características específicas

Tipo de iluminación	2.01	Luz LED
Vida útil de LED	2.02	≥ 50.000 horas
Intensidad luminosa a 1m de distancia	2.03	≥ 70.000 lux
Temperatura de color	2.04	≥ 4.000 °K
Índice de reproducción cromática	2.05	Ra ≥ 95
Diámetro de campo de Luminico	2.06	A una distancia enfocable de un (1) metro ≥ 16 cm
Control de iluminación	2.07	Requerido

Accesorios

Batería recargable	3.01	Una (1) batería Opcional (A elección del Establecimiento de Salud)
--------------------	------	--

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	4.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	4.05	Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.

Vida útil	4.06	10 años
-----------	------	---------