


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	LAM-11 Rev-04	
Código:	LAM-11	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Diciembre - 2022	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo médico	
DATOS GENERALES		
Nombre:	LAMPARA QUIRURGICA - 2 CUPULAS - FIJA AL TECHO	
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo de montaje	1.01	Suspensión a techo
Montaje	1.02	Brazos de soporte articulados para montaje de las cúpulas
Cúpulas	1.03	Dos (2)
Mango o asa o empuñadura	1.04	Para maniobrabilidad de la cúpula
Control de operación	1.05	Mediante panel de control o pantalla táctil
Compatibilidad (Opcional)	1.06	Compatible para sistemas de Integración (Cámaras) (Opción disponible solo para hospitales generales y de especialidades)
Características de iluminación		
Tipo de iluminación	2.01	LED
Vida útil de LED	2.02	≥ 50.000 horas
Iluminación a 1m de distancia	2.03	≥ 130.000 lux
Temperatura de color	2.04	≥ 4.000 °K
Índices de color	2.05	Ra ≥ 93
Intensidad de irradiación	2.06	≤ 620 W/m ²
Diámetro de campo lumínico (d10)	2.07	≥18 cm
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.1	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento	3.05	<p>Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.</p> <p>Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.</p>
Vida útil	3.06	10 años