

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: TOR-01 Rev-01

Código: TOR-01

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Junio - 2023

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: TORNQUETE NEUMATICO - ELECTRONICO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Tipo de funcionamiento	1.01	Automático
Visualización de parámetros	1.02	Pantalla
Mandos de control de presión	1.03	Mediante botonera y/o perilla y/o pantalla táctil
Rango de presión	1.04	De ≤ 20 a ≥ 600 mmHg
Precisión de control de presión	1.05	≤ 5 mmHg
Canales	1.06	Mínimo 2
Batería Recargable	1.07	≥ 6 horas
Auto calibración/auto inspección	1.08	Requerida
Temporizador	1.09	Requerido

Accesorios

Movilización	2.01	Un carro de transporte que se acople al equipo
Soporte	2.02	Uno (1) para los accesorios del equipo
Brazalete	2.03	Tres (3) talla a elección del Establecimiento de Salud para brazo y muslo
Cable de poder	2.04	Uno (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años