

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	ARC-02 Rev-02
Código:	ARC-02
Revisión:	Rev-02
Mes-Año:	Febrero - 2023
Vigencia:	Desde: 27-02-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: ARCHIVADOR - PORTAOBJETOS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipo de diseño	1,01	Mueble o Armario, tipo archivador
Estructura	1,02	Metal y/o Acero con recubrimiento de pintura electrostática o superior
Aplicación		
Sistema	2,01	Archivo de portaobjetos
Almacenamiento		
Cajón o bandeja	3,01	≥ 10
Con ranuras y/o separadores en los cajones-bandejas	3,02	Requerido
Capacidad	3,03	≥ 2000 portaobjetos

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4,01	N.A.
Certificación	4,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	4,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	4,04	10 Años