

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ARM-12 Rev-01

Código: ARM-12

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Julio - 2023

Vigencia: Desde: 21-07-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: ARMARIO - ACERO INOXIDABLE - MUESTRAS HISTOLOGICAS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Estructura	1.01	Fabricado en acero recubierto de epoxi o acero inoxidable AISI 304
Pantalla	1.02	Pantalla LCD o TFT o Display para visualización de parámetros
Puerta	1.03	≥ 2 Puertas con ventanas de vidrio
Divisiones	1.04	≥ 3 Divisiones interiores
Alarma	1.05	Alarma detecta la apertura de la puerta
Ventilación	1.06	Velocidad de extracción/aspiración en al caso de abrir la puerta
Luz UV	1.07	Requerido
Filtro	1.08	Filtro HEPA o Carbón Activado o similar

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.01	Un (1) Filtro HEPA o Carbón Activado adicional, de acuerdo a mobiliario
------------	------	---

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	3.04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	3.05	10 Año(s)